

校正証明書

COPY

宛 名： 株式会社 新元号 殿
測器の名称： デジタル気圧計
形 式： T-50
製造年月： 2019年4月
製造番号： 2019430
数 量： 1 台
製造者名： 株式会社 三 王
校正項目： 絶対圧
校正範囲： 880hPa～1040hPa
校正方法： 当社規定の手順による
校正用基準器： 電気式気圧計
管理番号：PCW02
証明書番号：測定器 2018-10
製造者：SANOH CO.,LTD.
型式：STHB-G1
製造番号：0120
有効期限：2020年5月23日
校正周期：2年
基準器校正機関： 気象庁
校正室環境条件： 温度 24℃±4℃ 湿度 50%±35% 気圧 1013hPa±30hPa
備 考
①校正は、株式会社 三 王 校正用標準器との比較測定により実施した。
②圧力は絶対圧であり、圧力媒体として窒素を用いた。
③デジタル圧力計(デジタル気圧計)の圧力基準位置は、圧力センサー位置とした。
④表示値は、昇圧・降圧の往復を3回行い、その平均値より算出した。
⑤圧力測定時の測定器の周囲環境(温度・湿度)は測定ポイントごとに記載した。
⑥周囲環境のうち大気圧は圧力下降、上昇の試験開始時と終了時を記載した。
⑦データはデジタル信号により取得した。
圧力校正年月日： 平成31年4月29日

この校正証明書は、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな基準器により校正した結果を示すものです。
校正の結果は別紙の試験成績書(校正結果)に示すとおりであることを証明します。

国際品質マネジメントシステムISO9001認証(JQA-QM3472)
気象庁認定 認定測定者
茨城県つくば市境田字長畑180番地の10
株式会社 三 王 校正室
校正証明書発行責任者
三王 新太郎



株 社 三 王
校 正 室