

# COPY

## 校正証明書

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 依頼者名   | 株式会社 ゴールドメダル 殿                        |
| 依頼者住所  | 東京都港区五輪町5丁目5番地5号                      |
| 器物管理番号 | TOKYO2020                             |
| 計量器名   | デジタル圧力計(デジタル気圧計)                      |
| 型式     | T-50                                  |
| 器物番号   | 2020724                               |
| 製造者名   | 株式会社 三王                               |
| 校正項目   | 気体絶対圧力                                |
| 校正範囲   | 880 hPa(最小圧力) ~ 1040 hPa(最大圧力)        |
| 校正方法   | 株式会社 三王 の校正手順書「No.SA-R2020-BR-M50」による |
| 校正結果   | 次頁のとおり                                |
| 校正年月日  | 2020年7月22日                            |
| 校正実施場所 | 茨城県つくば市境田字長畑180番地の10<br>株式会社 三王 校正室   |

以上に相違ないことを証明する。

|     |   |
|-----|---|
| 発行日 | 2020年7月24日  |
| 発行者 | 茨城県つくば市境田字長畑180番地の10<br>株式会社 三王 校正室<br>校正証明書発行責任者<br>東京 金太郎 |



株 社 三 王  
正 三 式  
室 王 会

- ・この証明書は、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。
- ・当社の書面による承認なしに、この証明書の一部分又は全部を複製して用いることを禁じます。
- ・当社の校正室は、国際MRA対応JCSS校正の認定事業者です。JCSS 0336 は、当社校正室の認定番号です。
- ・当社は、ISO9001:2015の審査登録(JQA-QM3472)を行っています。校正事業も登録活動範囲に含まれます。
- ・当社は、気象庁より認定測定者の認定を受けています。アネロイド型気圧計(第21号)及び電気式気圧計(第61号)。

TSUKUBA **Sunoh** JAPAN

SANOH CO., LTD. CALIBRATION STUDIO

180-10 Sakaida, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0867, Japan/TEL : +81-29-836-1525/FAX : +81-29-836-3204/URL; <https://www.sunoh.co.jp>